



Otorga la presente / Grants this

ACREDITACIÓN

Nº 123/LC10.090

a / to

INGENIERIA SEMASA, S.A. (Unipersonal)

Laboratorio de Calibración

Según los requisitos recogidos en la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025** para las actividades de calibración definidas en el correspondiente anexo técnico*.

According to the requirements in the standard **UNE-EN ISO/IEC 17025** for the calibration activities defined in the corresponding technical annex*.

Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 15/11/2002



JOSÉ MANUEL PRIETO
PRESIDENTE DE ENAC

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. *Este documento no tiene validez sin su correspondiente anexo técnico, identificado con el mismo número. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es.

The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. *The present accreditation will not be valid without its corresponding technical annex, identified under the same number. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es.

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de las organizaciones europea e internacional de organismos de acreditación (www.enac.es).

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the european and international organizations of accreditation bodies (www.enac.es).



Ref.: CLC/17950 Fecha de emisión / Date of issue 30/01/2026

El presente documento anula y sustituye, por cambio de Titularidad, al de ref. CLC/15009 /
This document cancels and replaces, due to a change of holder, the one of reference CLC/15009

Código Validación Electrónica: N7I25w0915e2j57uRM

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

INGENIERIA SEMASA, S.A. (Unipersonal) Laboratorio de Calibración

Dirección/Address: C/ Berlín, 27; 28813 Torres de la Alameda (Madrid)
Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Acreditación/Accreditation nº: 123/LC10.090
Actividad/ Activity: **Calibraciones / Calibrations**
Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 17/09/2012

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev. / Ed. 17 fecha / date 04/05/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/ Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código / Code
Laboratorio permanente: C/ Berlín, 27; 28813 Torres de la Alameda (Madrid)	A
Calibraciones in situ	I


Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:

Dimensional (Dimensional)	1
Fuerza y Par (Force and Torque)	2
Masa (Mass)	3
Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)	3

Dimensional (Dimensional)

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
LONGITUD Length				
L ≤ 200 mm	0,01 mm	Procedimiento interno PC 08 basado en CEM DI-008	Pies de Rey y Sonatas de regla E ≥ 0,01mm	A, I

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information
www.enac.es
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions, and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es.



ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 4Z74gdRKfZ84o1121q

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
$L \leq 100 \text{ mm}$	0,01 mm	Procedimiento interno PC 09 basado en CEM DI-010	Comparadores con resolución $E \geq 0,01\text{mm}$	A, I

Fuerza y Par (Force and Torque)

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
MOMENTOS <i>Torque</i>				
$0,5 \text{ N}\cdot\text{m} \leq M < 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ $5 \text{ N}\cdot\text{m} \leq M \leq 1300 \text{ N}\cdot\text{m}$	$0,01 \text{ N}\cdot\text{m} + 0,03 \cdot M$ $0,023 \cdot M$	Procedimiento interno PC-01 basado en procedimiento CEM para la calibración de herramientas dinamométricas	Herramientas dinamométricas de los tipos y clases que define la norma UNE-EN ISO 6789-1	A
$1 \text{ N}\cdot\text{m} \leq M \leq 1000 \text{ N}\cdot\text{m}$	$0,03 \cdot M$	Procedimiento interno PC-01 basado en procedimiento CEM para la calibración de herramientas dinamométricas	Herramientas dinamométricas de los tipos y clases que define la norma UNE- EN ISO 6789-1	I
FUERZA <i>Force</i>				
$100 \text{ N} \leq F \leq 5000 \text{ N}$	$2,5 \text{ N} + 0,045 \cdot F$	Procedimiento interno PC-03 Rev.17	Tensímetros (Medidores de tensión de cables de tres puntos)	A

^D

"M" = Momento aplicado

"F" = Fuerza aplicada

Las incertidumbres obtenidas en la magnitud de momento son para llaves de lectura directa.

Masa (Mass)

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
INSTRUMENTOS DE PESAJE <i>Weighing Instruments</i>				
1 g ≤ m ≤ 50 g	0,02 g	Procedimiento interno PC 11 basado en Euramet-GC-18	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático Max/División de escala < = 6000	A
50 g < m ≤ 1000 g	0,025 g + 1,6 · 10 ⁻⁵ · m			
1000 g < m ≤ 15000 g	0,25 g + 1,5 · 10 ⁻⁵ · m			
15000 g < m ≤ 30000 g	4,5 g			
1 g < m ≤ 50 g	0,02 g + 3 · 10 ⁻⁵ · m	Procedimiento interno PC 11 basado en Euramet-GC-18	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático	I
50 < m ≤ 5000 g	0,001 g + 8,3 · 10 ⁻⁶ · m			
5000 g < m ≤ 30000 g	0,08 g + 6,6 · 10 ⁻⁶ · m			

Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
PRESIÓN RELATIVA HIDRÁULICA <i>Hydraulic pressure: gauge</i>				
0,15 MPa ≤ P ≤ 3,5 MPa 3,5 MPa < P ≤ 35 MPa 35 MPa < P ≤ 100 MPa	3,5 kPa 35 kPa 125 kPa	Procedimiento interno PC-02 basado en ME-003 del CEM	Manómetros	A
0,15 MPa ≤ P ≤ 3,5 MPa 3,5 MPa < P ≤ 35 MPa 35 MPa < P ≤ 100 MPa	5,5 kPa 70 kPa 160 kPa			
0,15 MPa ≤ P ≤ 3,5 MPa 3,5 MPa < P ≤ 35 MPa 35 MPa < P ≤ 100 MPa	5,5 kPa 70 kPa 160 kPa	Procedimiento interno PC-02 basado en ME-003 del CEM	Manómetros	I

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
PRESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA <i>Pneumatic pressure: gauge</i>				
-90 kPa ≤ P ≤ 200 kPa	0,06 kPa	Procedimientos internos PC-02 PC-07 basados en ME-003 del CEM	Vacuómetros y manómetros	A
0,2 MPa ≤ P ≤ 0,7 MPa 0,7 MPa < P ≤ 3,5 MPa 3,5 MPa < P ≤ 20 MPa	0,7 kPa 3,5 kPa 35 kPa	Procedimientos internos PC-02 PC-07 basados en ME-003 del CEM	Manómetros	A
0,15 MPa ≤ P ≤ 3,5 MPa 3,5 MPa < P ≤ 20 MPa	12 kPa 60 kPa	Procedimientos internos PC-02 PC-07 basados en ME-003 del CEM	Manómetros	I
P ≤ 90,29 kPa (V ≤ 661 nudos)	0,05 kPa (0,15 nudos ≤ U ≤ 9,5 nudos)	Procedimiento interno PC-06 Rev.17	Pitot Static Tester (Anemómetro)	A
PRESIÓN ABSOLUTA NEUMÁTICA <i>Pneumatic pressure: absolute</i>				
3,5 kPa ≤ P ≤ 135 kPa	0,053 kPa	Procedimiento interno PC-07 basado en ME-003 del CEM	Manómetros	A
11,5 kPa ≤ P ≤ 105 kPa (50175 pies ≥ H ≥ - 1000 pies)	0,05 kPa (90,8 pies ≥ U ≥ 13,3 pies)	Procedimiento interno PC-06 Rev.17	Pitot Static Tester (Altímetro)	A
11,5kPa ≤ P ≤ 105 kPa (10 000 pies/min > R > 100 pies/min)	0,05 kPa (20 + 0,0068 * R pies/min)	Procedimiento interno PC-06 Rev.17	Pitot Static Tester (Variómetros)	A

P= Presión generada

NOTA: Tratándose de calibraciones en presión, se incluyen no obstante los rangos aplicables de los correspondientes valores en altitud H (pies) o velocidad V (nudos) aplicando las conversiones de acuerdo a los documentos NACA Report 1235 y NACA TN D-822 para la altitud y los documentos NACA Report 387 y NACA TN D-822 para la velocidad. NACA es la "NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS".

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions, and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es.

Código Validación Electrónica: 4Z74gdRKfZ84o1121q

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

() The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An In-house method is considered to be based on standardized methods when its validity and suitability for use have been demonstrated by reference to said standardized method and in no case implies that ENAC considers that both methods are equivalent. For more information, we recommend consulting Annex I to the CGA-ENAC-LEC.

Certificate

AENOR has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

INGENIERÍA SEMASA, S.A.

**CL BERLIN 27.
28813 - TORRES DE LA ALAMEDA
(MADRID)**

**CL MANUEL VERDUGO 28. POL. IND. EL GORO IV.
35219 - TELDE
(GRAN CANARIA)**

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:

Maintenance of Aircraft Components: Comms and Navs (C3), Doors and Hatches (C4), Electric Power (C5), Equipment (C6), Landing Gear (C14), Oxygen (C15), Pneumatic (C17), Protection Ice/Rain/Fire (C18), Non-Destructive Testing (D1 in UT, PT, ET, MT and RT methods).

Aviation and Marine procurement of spare parts and components.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

First issued on: 2015-09-14 Last issued: 2024-09-14 Validity date: 2027-09-14

Registration Number: ES-0537/2015



Alex Stoichitoiu
President of IQNET



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:

AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic
Cro Cert Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea
LSQA Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria**
Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com